

PE SRP -024/2024 - APÓS QUESTIONAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICA, fazemos a seguinte na correção do item 14.

ONDE SE LÊ:

14	15277	BALANÇA ANALÍTICA 220GR 0,1 MG BIVOLT Micro centrífuga 6000rpm para micro tubos de 0,2 a 2mL com tampa para operação silenciosa. 220V APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA
----	-------	---

LEIA - SE :

14	15277	BALANÇA ANALÍTICA 220GR 0,1MG (0,0001g), com calibração interna automática. BIVOLT APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA
----	-------	--