

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 009/2026	Número do Processo Interno: 4779/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico	Abertura: 28/07/2026 - 09:00
Orgão: Comissão Permanente de Licitação	Município: Gurupi / TO

Registrado em	Assunto	Respondido Em
10/07/2026 - 17:48:26	ESCLARECIMENTO SOBRE O ITEM 75	20/07/2026 - 11:15:12
Prezados, boa tarde. Espero encontrá-los bem! Estavamos fazendo a cotação e percebemos que no descritivo do item 75 está se referindo a um microscopio binocular, mas nenhuma outra explicação ou informação de que microscopio seria. Gostaríamos de saber se podem nos informar alguma informação como no item 76 referente a lâmpada ou então sobre o microscopio onde as lâmpadas serão utilizadas. Muito obrigada.		
bom dia! segue resposta ao pedido de esclarecimento do item 75, complemento da descrição: Item 75 - Lâmpada Halógena Modelo: JC 6V 20W; Alimentação: corrente alternada (CA); Tensão: bivolt automático (85 V a 265 V); Tipo de base: G4 (bipino); Compatibilidade: microscópios das marcas Nova Optical Systems e Coleman.		

Registrado em	Assunto	Respondido Em
13/07/2026 - 09:32:09	ESCLARECIMENTO ITEM 81	20/07/2026 - 11:13:54
Prezados, bom dia. Espero encontrá-los bem! Qual seria a porcentagem do reagente Lugol? Obrigada		
bom dia! segue resposta ao pedido de esclarecimento: item 81 - Solução de Lugol 5% (Iodo Inorgânico); Apresentação: frasco de 1 litro.		

Voltar