

# PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Fundação Unirg  
Comissão Permanente de Licitação  
Registro de Preços Eletrônico - 006/2024

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	18/06/2024 - 15:36:54	Exlarcimento referente ao item 50	18/06/2024 - 16:32:22	

Questionamento: Gostaria de saber qual equipamento que será aplicado, o Diafragma para Valvula Exalação Respirador, para assim ofertar o produto de forma correta!

Resposta: boa tarde, o equipamento é: Ventilador pulmonar Magnamed modelo Oxymag

