

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS (VIA PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)

DE: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Esclarecimento Edital 11/2022 – item 22 - Durômetro

Bom dia Dra. Sara Falcão de Sousa, Como vai ?

Pretendemos participar da licitação edital 011-2022, Item 22 - DUROMETRO PORTATILDIGITAL LCD P/ COMPRIMIDOS ATE 25MM - ESCALA 0 A 20 KGF - KGF, N, LB POUND C/ SELECAO VIA TECLADO - SENSIB 0,1 KGF -PRECISAO0,1 KGF - DESLIGAM AUTOMÁTICO - CIRCUITO ELETRON MICROPROCESSADO. Referente ao texto apresentado, temos as seguintes considerações que gostaríamos que fossem respondidas para que possamos participar em igualdade com os demais concorrentes desta licitação:- O item refere-se a três unidades de medição Kgf, N e Lb Pound, normalmente estes equipamentos são fornecidos em Kgf e Nou N e Lb Pound, aqui no Brasil os laboratórios optam por se utilizar a opção Kgf e N, podemos considerar assim o fornecimento uma vez que a escala, a sensibilidade e a precisão foram descritas em Kgf ?- O desligamento automático que se refere é o da célula de carga, quando acionada e registrada a leitura do ponto máximo de tensão de ruptura ?- Se faz necessária a apresentação de atestado de aferição RBC rastreável para este fornecimento ?Desde já agradeço pela atenção.

RESPOSTAS

Boa tarde,

Após consulta ao departamento solicitante, segue resposta aos questionamentos do item 22,

PERGUNTA: O item refere-se a três unidades de medição Kgf, N e Lb Pound, normalmente estes equipamentos são fornecidos em Kgf e N ou N e Lb Pound, aqui no Brasil os laboratórios optam por se utilizar a opção Kgf e N, podemos considerar assim o fornecimento uma vez que a escala, a sensibilidade e a precisão foram descritas em Kgf ?

RESPOSTA: SIM.

PERGUNTA: - O desligamento automático que se refere é o da célula de carga, quando acionada e registrada a leitura do ponto máximo de tensão de ruptura ?


RESPOSTA : DESCONSIDERA O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.

PERGUNTA - Se faz necessária a apresentação de atestado de aferição RBC rastreável para este fornecimento?

RESPOSTA: SIM

ATENCIOSAMENTE,

Gurupi/TO, aos 25 dias do mês de agosto de 2022.


Telma Pereira de Sousa Milhomem
Pregoeira da Fundação UNIRG